

Prot. N.° 2280

Asti 01.07.2008

ERRATA CORRIGE

Oggetto: Acquisto in economia di un gas-cromatografo con rilevatore di massa.
Scadenza 15.07.2008. CIG N. 01794620BA

Al fine di rendere meno restrittive alcune caratteristiche tecniche si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche:

alla indicazione rilevatore di massa con sistema di ionizzazione ad impatto elettronico (ei) caratteristiche tecniche pena esclusione:

- 1) al terzo capoverso e prima della parola doppio aggiungasi la parola “a singolo o”. Pertanto dopo la correzione il terzo capoverso diviene: “Sorgente di ionizzazione ad impatto elettronico (EI) a singolo o a doppio filamento”;
- 2) al sesto capoverso, secondo periodo dopo la parola quadrupolo, aggiungasi la parola “se prevista per quest’ultimo”. Pertanto dopo la correzione il sesto capoverso secondo periodo diviene: “Temperatura dell’interfaccia, della sorgente e del quadrupolo, se prevista per quest’ultimo, impostabili indipendentemente”.

Resta fermo tutto il resto.

La presente correzione viene inviata solo via fax.

Il Direttore Incaricato
dr. Mario Ubigli

